

Тема 3: Создание ИИС на основе приборов со стандартными интерфейсами

Содержание:

1. Интерфейсы для подключения измерительных приборов: GPIB, RS-232, USB, Ethernet.
2. Язык программирования приборов SCPI.
3. Архитектура программного обеспечения виртуальных приборов - VISA.
4. Библиотека функций VISA.
5. Основные характеристики генератора AFG-72125 и осциллографа GDS-71152 их подключение и проверка работоспособности в MAX.
6. Управление приборами с помощью Instrument I/O Assistant.
7. Управление измерительными приборами с помощью VISA
8. Управление измерительными приборами с помощью ВП драйверов.

Интерфейсы GPIB, RS-232, USB, Ethernet

Современной тенденцией развития измерительной техники стало применение компьютерных средств измерений, построенных с использованием измерительных приборов со стандартными интерфейсами.

Способы коммуникации с прибором могут зависеть от типа коммуникационного модуля, встроенного в прибор. Обычно применяются следующие типы каналов управления:

- GPIB - канал общего пользования;
- RS-232A - последовательный порт;
- LXI – LAN eXtensions for Instrumentation (расширение локальной сети для управления приборами)
- USB – универсальная последовательная шина;

Для организации управления измерительными приборами необходимы следующие основные компоненты:

персональный компьютер (ПК), оснащенный системным программным обеспечением;

измерительные приборы, оснащенные стандартными интерфейсами;

прикладное программное обеспечение, предназначенное для управления измерительными приборами, ввода в ПК измерительной информации, ее обработки, хранения и отображения результатов на экране монитора в удобной для пользователя форме.

Язык программирования приборов SCPI


Современные измерительные приборы программируются с помощью набора команд языка **SCPI** (**Standard Commands for Programmable Instruments** – стандартные *команды* для программируемых приборов) – интуитивно понятных команд, записываемых с помощью ASCII –кодов.

Так, например, для получения идентификационных данных генератора AFG-72125 с помощью функции VISA Write нужно передать в прибор команду «*IDN?».




Тогда с помощью функции VISA Read будет прочитана строка «GW INSTRUK, AFG-72125, SN:XXXXXXXXX,Vm.mm», содержащая название компании, обозначение прибора, его серийный номер и версию установленного в нем программного обеспечения.

Архитектура программного обеспечения виртуальных приборов - VISA





Virtual Instrument Software Architecture – (VISA) – это набор функций LabVIEW для записи команд в измерительный прибор и чтения ответа. При использовании VISA неважен тип физического подключения прибора. Функции VISA расположены в палитрах **Function>>Instrument I/O >> VISA** и **Function>>Instrument I/O >> VISA >>VISA Advanced** (рис.1).



Библиотека функций VISA

<p style="text-align: center;">VISA Open</p>  <p>VISA resource name (input) duplicate session (F) (input) error in (no error) (input)</p> <p>VISA resource name out (output) error out (output)</p>	<p>Открытие сессии VISA</p>
<p style="text-align: center;">VISA Write</p>  <p>VISA resource name (input) write buffer (input) error in (no error) (input)</p> <p>VISA resource name out (output) return count (output) error out (output)</p>	<p>Запись данных в прибор</p>
<p style="text-align: center;">VISA Read</p>  <p>VISA resource name (input) byte count (input) error in (no error) (input)</p> <p>VISA resource name out (output) read buffer (output) error out (output)</p>	<p>Чтение данных из прибора</p>

Библиотека функций VISA

<p style="text-align: center;">VISA Clear</p> <p>VISA resource name — VISA resource name out error in (no error) — error out</p> 	<p>Очистка состояния прибора</p>
<p style="text-align: center;">VISA Read STB</p> <p>VISA resource name — VISA resource name out error in (no error) — status byte error out</p> 	<p>Чтение байта состояния прибора</p>
<p style="text-align: center;">VISA Assert Trigger</p> <p>VISA resource name — VISA resource name out protocol (default: 0) — error out error in (no error)</p> 	<p>Объявление программного или аппаратного запуска прибора</p>
<p style="text-align: center;">VISA Close</p> <p>VISA resource name — error out</p> 	<p>Закрытие сессии VISA</p>

Терминология VISA

При программировании с использованием **VISA** употребляется терминология:

- **Resource** – любое устройство системы, включая последовательный и параллельный порты.
- **Session** – для связи с ресурсом необходимо открыть **VISA**-сессию что эквивалентно открытию канала связи. При открытии сессии для ресурса среда LabVIEW возвращает номер сессии **VISA**, который является уникальным логическим идентификатором устройства.
- **Instrument Descriptor** – точное имя ресурса. Дескриптор указывает тип интерфейса (**GPIO**, **VXI**, **ASRL**), адрес устройства (логический или первичный) и тип **VISA**-сессии (**INSTR** или **Event**).

Синтаксис дескриптора интерфейса

Интерфейс	Синтаксис
Асинхронный последовательный порт (Asynchronous serial)	ASRL[<i>board</i>][:INSTR]-или COM[port number]
GPIB	GPIB[<i>board</i>][:primary-address-[:secondary-address][:INSTR]
VXI интерфейс через встроенный или <u>MXIbus</u> контроллер	VXI[<i>board</i>][:VXI-logical-address-[:INSTR]
GPIB-VXI контроллер	GPIB-VXI[<i>board</i>][:GPIB-VXI-primary-address][:VXI-logical-address[:INSTR]

Основные характеристики генератора AFG-72125

- Формы сигнала: синусоидальный, прямоугольный/импульс, треугольник/пила, постоянное смещение
- Диапазон частот:
 - синус, прямоугольник: от 0,1 Гц до 25 МГц
 - треугольник/пила: от 0,1 Гц до 1 МГц
- Разрешение по частоте: 0,1 Гц
- Выходной уровень: от 1 мВ до 2,5 В с шагом 1 мВ
- Режимы модуляции: АМ, ФМ, ЧМн, ГКЧ лин./лог.
- Память формы сигнала: 4000 точек (10 ячеек)
- Трехцветный ЖК-дисплей (графический) с подсветкой
- Выход синхронизации ТТЛ, вход внешней модуляции
- Интерфейс USB

Основные характеристики осциллографа GDS-71152

- Количество каналов 2
- Полоса пропускания 150 МГц
- Частота дискретизации: 1 ГГц на каждый канал (эквивалентная 25 ГГц)
- Объем памяти 1 Мб на канал (2 Мб – при объединении)
- 27 видов автоматических измерений, курсорные измерения (ΔU ; ΔT ; $1/\Delta T$)
- Режим автоизмерения временных задержек 2-х сигналов (8 параметров)
- Функция автоустановки параметров развертки, запуска (с блокировкой при необходимости) и усиления
- Функций математики: сложение, вычитание, умножение

Основные характеристики осциллографа GDS-71152

- Частотный анализ: БПФ (на участке 1 кБ), БПФ с.к.з.
- Цифровые фильтры (ФВЧ, ФНЧ, полосовой, режекторный)
- Режимы растяжки окна, самописец и XY
- Синхронизация по длительности импульса и ТВ
- Режимы сбора данных: выборка, пиковый детектор (> 10 нс), усреднение (2 /.../ 256)
- Память: 15 осциллограмм, 15 профилей настроек
- Выход калибратора (1 ...100 кГц) с рег. скважностью (5...95%)
- Интерфейс для управления и сохранения данных USB 2.0
- Цветной TFT-дисплей с регулируемой яркостью

Подключение измерительных приборов к компьютеру

Генератор и осциллограф имеют встроенные коммуникационные USB модули, поэтому, прежде всего, необходимо в операционной системе компьютера установить USB драйверы. Для этого последовательно выполните указанные ниже действия.

1.1. Подключите с помощью USB кабеля генератор к компьютеру. Автоматически запустится мастер нового оборудования. Выберите ручной режим установки с указанием пути к месту расположения файла 2000.inf. После нажатия экранной кнопки ОК запустится процедура инсталляции USB драйвера генератора. После успешного завершения инсталляции в системе появится виртуальный коммуникационный порт с именем «COM11», в чем можно убедиться с помощью системной утилиты «Диспетчер устройств» в разделе «Порты (COM и LPT)».

Подключение измерительных приборов к компьютеру

1.2. Повторите процедуру, описанную в п.1.1 для осциллографа, указав путь к местоположению файла dso_vro.inf. Убедитесь с помощью системной утилиты «Диспетчер устройств», что в системе появился виртуальный коммуникационный порт с именем «COM12».

Проверка работоспособности приборов в MAX

Утилита настройки **MAX (Measurement & Automation Explorer)** предназначена для управления аппаратными и программными средствами компании National Instruments. Утилита позволяет проводить диагностику системы, просматривать устройства и измерительные приборы, подсоединенные к системе. На рис.2. показана панель утилиты MAX.

Проверка работоспособности приборов в MAX




Рис.2.

Проверка работоспособности приборов в MAX

2.1. В окне Configuration выделите стоку с именем порта COM11. Панель утилиты MAX примет вид (рис.3). Нажмите на кнопку «Open VISA Test Panel» и выберите закладку «viWrite» (рис.4)




Рис.3.

Проверка работоспособности приборов в MAX




Рис.4.

Проверка работоспособности приборов в MAX

В поле «Buffer» введите текст ***IDN?** и нажмите кнопку «Execute», после чего перейдите на закладку «viRead» и также нажмите кнопку «Execute». В поле «Buffer» появится строка с названием генератора: «PRIST, AFG-72125, SN:EM82341, V1.09» (рис.5).



Рис.5.

Проверка работоспособности приборов в MAX

2.2. Выполните указанные в п.2.1 действия для прибора, подключенного к коммуникационному порту «COM12». В результате должна появиться строка с названием осциллографа: «GW, GDS-71152, RM110087, V1.06» (рис.6)




Рис.6.

Управление генератором с помощью Instrument I/O Assistant

Instrument I/O Assistant, расположенный в палитре **Functions» Instrument I/O**, является экспресс-виртуальный прибор (ВП) среды LabVIEW. Этот экспресс-ВП позволяет легко проверять связь с измерительными приборами, а также разрабатывать последовательности запросов, анализа и записи данных. Эти этапы могут быть сохранены как экспресс-ВП для непосредственного использования или конвертированы в подпрограмму ВП.

Instrument I/O Assistant следует использовать, когда нет необходимых драйверов к измерительному прибору.

3.1. В среде LabVIEW откройте новый ВП и поместите на блок диаграмму экспресс-ВП **Instrument I/O Assistant**. Откроется диалоговое окно для его настройки (рис.7).

Управление генератором с помощью *Instrument I/O Assistant*




Рис.7.

В выпадающем списке «Select an instrument» выберите коммуникационный порт генератора «COM11», а затем, нажав на экранную кнопку «Add Step», добавьте окно ввода команд, указав режим «Write».

Управление генератором с помощью Instrument I/O Assistant

3.2. В поле «Enter a command» введите строку, соответствующую последовательности команд установки синусоидального сигнала частотой 10 кГц, амплитудой 1 В (как показано на рис.8):

SOUR1:FUNC SIN;SOUR1:FREQ 1.000E+4;SOUR1:AMPL 1.00




Рис.8.

Управление генератором с помощью Instrument I/O Assistant

3.3. Для того чтобы включить выход генератора, создайте еще одно окно ввода команд с режимом «Write» и введите команду:

SOUR1:OUTP ON

3.4. Нажмите экранную кнопку «OK». Окно настройки закроется и произойдет конфигурирование **Instrument I/O Assistant** в соответствии с заданным набором команд. Запустите созданный ВП на выполнение кнопкой RUN оболочки LabVIEW.

После подключения выхода генератора к входу осциллографа на экране последнего можно будет наблюдать сигнал синусоидальной формы с заданными в п.3.2 параметрами.

Управление генератором с помощью *Instrument I/O Assistant*

3.5. Руководствуясь рекомендациями пп.3.2 – 3.4, добавьте в окне конфигурирования **Instrument I/O Assistant** следующий набор команд, задающий формирование амплитудно-модулированного сигнала:

Команда	Описание
SOUR1:AM:STAT ON	включение режима АМ модуляции
SOUR1:AM:SOUR INT	внутренний источник модуляции
SOUR1:AM:INT:FUNC SIN	синусоидальный сигнал модуляции
SOUR1:AM:INT:FREQ +1.0000E+02	частота внутреннего сигнала модуляции 100 Гц
SOUR1:AM:DEPT 50	глубина АМ модуляции 50%

Рассмотрите вид сигнала на экране осциллографа.

3.6. Сохраните ВП, созданный на основе **Instrument I/O Assistant**, на жесткий диск в рабочую папку под именем **Generator.vi**

Управление измерительными приборами с помощью VISA

4.1. Откройте новый ВП и создайте лицевую панель и блок-диаграмму, как показано на рис. 9.





Рис.9.

Управление измерительными приборами с помощью VISA

4.2. Введите «COM11» в строку **VISA resource name** и установите значение счетчика **byte count** равным 200 для того, чтобы считались все данные. Введите команду ***IDN?** в поле **write buffer** и запустите ВП. В поле **read buffer** появится информация о генераторе.

4.3. По аналогии с п. 4.2 получите идентификационную информацию об осциллографе, подключенном к коммуникационному порту «COM12».

4.4. Попробуйте передать в генератор команды, приведенные в задании 3.

4.5. Сохраните созданный ВП в рабочей папке на жестком диске под именем **Control with VISA.vi**.

Управление измерительными приборами с помощью ВП драйверов

ВП драйвер измерительного прибора – это набор модульных программных функций, разработанных в среде LabVIEW, которые используют команды или протокол измерительного прибора для проведения стандартных операций. Драйвер измерительного прибора также вызывает нужные функции и Виртуальные Приборы. Драйверы устройств из библиотеки LabVIEW устраняют необходимость изучать сложные низкоуровневые команды программирования для каждого отдельного измерительного прибора.

5.1. Загрузите виртуальный прибор **DSO Asquire Waveform.vi** и выберите в поле «VISA resource name» коммуникационный порт «COM12», к которому подключен осциллограф.

5.2. С помощью ВП **Generator.vi**, созданного при выполнении задания 3, установите режим АМ модуляции выходного сигнала генератора.

Управление осциллографом с помощью ВП драйверов измерительных приборов

5.2. С помощью ВП **Generator.vi**, созданного при выполнении задания 3, установите режим АМ модуляции выходного сигнала генератора.

5.3. Соедините кабелем выход генератора со входом осциллографа.

5.4. Запустите ВП **DSO Asquire Waveform.vi**. Этот ВП производит периодическое считывание измерительного сигнала из осциллографа осциллограмму на графический индикатор.

5.5. С помощью органов управления генератора измените параметры формируемого сигнала и наблюдайте произведенные изменения на индикаторе лицевой панели ВП **DSO Asquire Waveform.vi**.

5.6. Загрузите и запустите на выполнение ВП **Generator AFG-72125.vi** и **Oscilloscope GDS-71152.vi**.

5.7. С помощью этих ВП изменяйте настройки генератора и наблюдайте вид и спектр измерительного сигнала, получаемого из осциллографа.

Спасибо за внимание!